

Rapporto di Prova n. 3617

NUMERO REGISTRO CAMPIONI: 3.617

Parabiago, 19/07/2017

N° PRENOTAZIONE CAMPIONE: 553/2017/Varese

CAMPIONE DI: ACQUE SOTTERRANEE

- Acque sotterranee bonifiche - (D.Lgs. 152/06 - siti contaminati)

RICHIEDENTE: ARPA - UO BAE Dip Como e Varese

PRELEVATORE: ARPA - UO BAE Dip. Como e Varese

Dir. Dipartimenti di Como e Varese

Via dei Campigli, 5 VARESE

PRELEVAMENTO:

Data prelevamento: 07/06/17

Numero verbale di prelevamento: 011737

Punto di prelevamento: PO012042NR0002

PZ4 valle - area ex Peplos - via Bettinelli Castellanza

Comune di: CASTELLANZA - VA

Metodo di Campionamento: Modalità definita da UO/Ente prelevatore

Data accettazione: 08/06/2017

Data inizio prove: 08/06/2017

Data fine prove: 13/07/17

RISULTATI DELLE PROVE

Parametro	Metodo di prova	Unità di misura	Valore	Incertezza Estesa {k/liv conf}	Limite di legge
Arsenico	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 22nd 2012 3113 B	µg/l	3,8	± 1,2 {2/95%}	Max 10 ⁽⁵⁰⁾
Idrocarburi Volatili (espressi come n-esano)	EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003	µg/l	<50		-

(50) D.Lgs. 152/06, All.5. Tab.2 (acq. sotterr. siti contaminati) Parte quarta Tit. V.

Nota tecnica:

AVVERTENZE: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Nel caso in cui siano effettuate determinazioni di residui/tracce, quando la procedura analitica prevede concentrazione/purificazione degli analiti, il fattore di recupero non è applicato ai risultati di analisi, a meno di esplicita indicazione

Le prove contrassegnate con * non sono accreditate ACCREDIA

Legenda abbreviazioni:

K = fattore di copertura

Liv. conf. = livello di confidenza

Gli Analisti

Eliana Picco

Giuseppina Costantino

Firmato digitalmente da

Il Responsabile della Unità Organizzativa Dr.ssa Laura Clerici